

令和4年4月12日

回 答 書

公立能登総合病院

下記のとおり、令和4年4月6日までに提出のあった質疑に対する回答をいたします。

(1) 要求仕様書

質 問 事 項	回 答
① 1. 基本要件【01】-1	
<p>・2023年3月に本番稼働を行うと御座いますが、履行期限は令和4年11月30日となっております。令和4年10月、もしくは11月に稼働と考えておりますが、認識はあっておりますでしょうか。</p>	<p>・令和4年12月1日稼働を予定しています。</p>
② 1. 基本要件【08】-1	
<p>・「現システムのデータ移行を実施すること。」とあるが、現システムのデータ構造は、現行ベンダーから開示される前提で良いでしょうか。</p> <p>また、受注者にて現システムのデータ構造を分析し、移行する場合には、現行ベンダーに対する著作権侵害に該当しない前提で良いでしょうか。</p>	<p>・現行ベンダーに問い合わせください。</p>
<p>・「現システムからの現ベンダーによるデータ抽出費用についても見積に含めること。」とあるが、受注者がデータ抽出不要と判断したデータにおいて、現行ベンダー側がデータ抽出の必要性を主張してきた場合、そのデータ抽出費用は、貴院から現ベンダーに見積を取り寄せ、発注いただく前提で良いでしょうか。</p>	<p>・全て込みでの提案をお願いしていますので、費用が発生するようであれば含めてください。追加費用が発生することがないようにお願いします。</p>
③ 1. 基本要件【08】-14	
<p>・SS-MIXの拡張ストレージの内容をご教示ください。別紙2では、標準化ストレージの範疇で連携することとなっております。</p>	<p>・退院サマリ、看護サマリ、プログレスノート（医師記録）になります。</p>

質 問 事 項	回 答
<p>④ 1. 基本要件【09】-28</p> <p>・「改定対応のために必要なソフトウェア、マスタを改定までに SE にて対応すること。」とあるが、SE にて対応することとは、マスタや仕組みの提供に留まらず、機能変更の資源適用を受注者にて実施せよという解釈でよいか。</p>	<p>・そのとおりお願いします。</p>
<p>⑤ 2. ハードウェア要件全体</p> <p>・すべてのハードの仕様の中に、電子カルテシステムの運用に支障がでない範囲で、既存機器を流用することを可とするという文言がございます。</p> <p>別紙 2 の調達端末の数を、流用することで、減らしても良いという認識で良いでしょうか。</p>	<p>・今回の提案は、調達するというだけで提案願います。流用については、契約時に協議のうえ、判断をすることとします。</p> <p>・ただし、ディスプレイについては、汎用機のみ流用することで減らしてもよいです。高精彩機は調達でお願いします。</p>
<p>・運用に支障が出ない範囲とは、それぞれの機種に対し、何台程度を想定されているのか、具体的にご教授いただけますでしょうか。</p>	<p>・ディスプレイについては、汎用機のみ全て流用可能と考えています。</p> <p>・汎用機の一覧は別添のとおりです。</p>
<p>・仕様書に記載のある既存機器を流用できるかどうかを検証したいと思いますので、各種スペック情報をご提示いただけますでしょうか。</p> <p>また流用する機器の保守期間が不明な場合、機器それぞれによって更新時期にバラつきができ、15年の保守費の算出が困難になりますので、流用機器の保守期間についてもご教授ください。</p>	<p>・スポット対応と考えています。</p>
<p>⑥ 2. ハードウェア要件【01】-07</p> <p>・Microsoft office Standard 2010 ライセンスを流用することを可すると御座いますが、マイクロソフトの Office2010 のサポートは 2020 年 10 月に終了しております。セキュリティ更新もされませんが、流用される予定で問題ないでしょうか。</p>	<p>・問題ないと考えています。</p>

質 問 事 項	回 答
⑦ 2.ハードウェア要件【01】-20	
<p>・別表の既存モニタ・高精細モニタと接続とはどのような要件になりますでしょうか。別紙2以外に接続する必要がある端末があるのであれば、ご教示ください。</p>	<p>・既存の汎用モニタは調達端末と接続してください。高精細モニタは調達のうえ、調達端末と接続してください。</p> <p>・別紙2以外に接続する必要がある端末はありません。</p>
⑧ 2.ハードウェア要件【02】-9	
<p>・最大輝度についてになります。別紙2にはMX216との記載がありますが、RadiForce MX216の最大輝度は500cd/m² (typ)となります。(現状お使い頂いている機種については、MX216の前モデルになります。)</p> <p>860cd/m²は通常14項に記載のあるJESRA X-0093管理グレード1の製品となりますので記載ミスではございませんでしょうか。輝度860cd/m²を満たす2M高精細は1機種しかなく、かなり高額になるため、ご確認をお願い致します。</p>	<p>・RadiForce MX216の後継機種でお願いします。</p>
⑨ 2.ハードウェア要件【03】-2	
<p>・フラットヘッドスキャナについて、別表では10台となっておりますが、1台で構いませんか？</p>	<p>・1台でお願いします。</p>
⑩ 2.ハードウェア要件【03】-4	
<p>・別表では2台となっておりますが、5台であっておりますでしょうか？</p>	<p>・2台は、新規でお願いします。</p> <p>・5台は、流用でお願いします。</p>
⑪ 2.ハードウェア要件【04】モバイル端末	
<p>・モバイル端末についての記載がありますが、用途をお教えいただけますでしょうか。モバイルシステムを導入予定と考えて良いでしょうか。</p>	<p>・モバイルシステムの導入は考えていません。記載誤りです。</p>
<p>・また別紙2の調達機器には記載が御座いませんが、別紙3の保守一覧、項番53にモバイル端末21台の記載が御座いますが、調達必要でしょうか。</p>	<p>・モバイルシステムの導入は考えていないので、調達の必要もないです。</p>

質 問 事 項	回 答
⑫ 3. サーバー要件【04】-19	
・サーバー室の分電盤からサーバー機器までの2次工事に関しては、対応可能ですが、分電盤の増強や改修等に関しては、病院様の設備になりますので、弊社側で対応に関しては出来かねます。設備側でのご検討をいただけませんか。	・全て込みでの提案をお願いしていますので、費用が発生するようであれば含めてください。追加費用が発生することがないようにお願いします。
⑬ 20. 生理検査システム【1】-19	
・指定の心電計（日本光電製 ECG-2550、1450）とありますが、現行機種が ECG-2450、ECG-2320 のため、記載機種の変更をお願い致します。	・変更します。

（2）業務仕様書

質 問 事 項	回 答
① P10 1.3 システム導入範囲	
・記載のマークについて確認させてください。 ◆○が両方記載されているシステムについては、基幹システムにて実現するのでも、部門システムにて実現するのでも、どちらでも良いという意図で良いでしょうか。 また、○のみが記載のシステムについては、業者指定のみという意図で良いでしょうか。	・お見込みのとおりです。

（3）別紙2 システム調達表

質 問 事 項	回 答
① 42 オペレーター業務委託	
・オペレーター業務について、契約 SE は 1 名、期間は 7 年でよろしかったでしょうか。	・現在は、オペレーター 2 名配置しています。各社のシステムに応じた配置をお願いします。保守費用の提案は 15 年となっていますのでよろしくお願ひします。
② MWM 接続について、台数に差異があるとのこと、メーカー様よりご連絡を頂いております。	

<ul style="list-style-type: none"> ・項番 62 【OT】 Medtronic デュエットロジック GI2 DICOM コンバータ (DG2000) →現状 PSP 様との連携のみ 不要で良いか 	<ul style="list-style-type: none"> ・MWM 連携のみになり、必要となります。
質 問 事 項	回 答
<ul style="list-style-type: none"> ・項番 64 【US】 ProSound α5sx →現在使用していないと思われる。不要で良いか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・MWM 連携のみになり、必要となります。
<ul style="list-style-type: none"> ・項番 66 【US】 FUTUS2×1 台 → × ×2 台 → ○ 2 台との連携で良いか 	<ul style="list-style-type: none"> ・2 台との連携でお願いします。
<ul style="list-style-type: none"> ・キャノンメディカル MRI の連携が抜けているので追加連携で良いか。 Vantag Orian 1 台 	<ul style="list-style-type: none"> ・追加でお願いします。