

仕 様 書

公立能登総合病院 経営管理部 経営管理課

1 物 品 名 MRI/US フュージョン前立腺生検システム ARIETTA 65 IntuitiveFusion

2 納入場所 公立能登総合病院 泌尿器科

3 納入期限 令和8年2月28日まで

4 仕様内容

(1) 構成内容及び数量

富士フイルムメディカル(株)社製

品名・規格等		数量
ARIETTA65LE IntuitiveFusion キット		一式
(内訳)		
BiopSee 搭載キット	MP-FX-ALB-38	1
キーボードトレイ	MP-FX-ALB-6B	1
プローブホルダ大(左横・右前)	MP-PH-AR70-5U	1
プローブホルダー大用アダプタ	MP-PH-ADAPTER-5BU	1
BiopSee 接続ソフト	SOP-ARIETTA65-159	1
疾病診断用プログラム		1
PC CLINIO S500C-F01		1
フットスイッチ	MKF 4 1S HID GP47	1
キーボード	SCLP/W5-MED	1
マウス	MMOUSE5/G1	1
撮影補助器具	Stepper MST150	1
Immobilizer SET	immobilizer2.0+fine adjustment	1
Immobilizer SET	Articulated arm SolidLock	1
Template&Adapter	Adapter+dovetail guide(MST150 用)	1

5 一般的条件について

(1) 納入する機器は、全て未使用のものであること。

(2) 納入までの間に装置の仕様変更やバージョンアップが生じた場合には、最新の仕様で引き渡すこと。

6 機器納入（設置）について

(1) 納入にあたっては、納入場所の所属長または、担当者の設置の指示等を受け設置し、検収を受けること。

(2) 納入にあたり、据付工事（電気・配管工事等の工事費一切）、設定及びシステム接続費用等が必要な場合は、納入者の負担とし、動作の確認をもって完了とする。

7 機器納入（設置）後について

- （１）本装置が有効稼働するために必要な調整について、納入者の負担により責任をもって実施すること。
- （２）本装置の使用に必要な関係法令上の届出等がある場合には、必要な資料の作成及び申請に対する協力を行うこと。
- （３）本装置を使用する者に対し、運用及び保守に必要な知識の説明及び指導を納入者の負担により責任をもって実施すること。

8 保守について

- （１）納入（検収）後、１年間は無償保証とすること。
- （２）納入（検収）後の瑕疵については、責任をもって対処すること。
- （３）２４時間連絡が取れる体制を備え、故障の際には速やかに対処すること。

9 その他

- （１）納入に伴う機器撤去、搬入、据付、調整等については、病院の診療業務に支障をきたさないよう納入場所の所属長または、担当者の設置の指示等を受け実施すること。